

## Załącznik nr 1

### Wymagane Parametry Techniczne

Lp.	Nazwa sprzętu i wyposażenia medycznego	Parametry i wymagania zamawiającego	Ilość sztuk
Część 1.	aparat usg przenośny (mobilny)	Mobilny system usg o podwójnej głowicy /liniowa plus conwex/ Głowica Conwex - częstotliwość 2 – 5 MHz, mak. zasięg 24 cm, Głowica liniowa – częstotliwość 3 – 12 MHz, maks. zasięg 8 cm, kolorowy doppler,	1
Część 2.	ergometr do prób wysiłkowych	Cykloergometr rehabilitacyjny kompatybilny z oprogramowaniem Cardio Test Beta System v. 140	1
Część 3.	system wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem	CardioTEST Beta System v. 140 /biurko medyczne, monitor, drukarka i oprogramowanie CardioTEST/	1
Część 4.	holter ciśnieniowy	Rejestrator ciśnienia Aspel 308 ABPM v. 201 lub inny bez oprogramowania, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem	4
Część 5.	holter ekg	Rejestrator długotrwałych zapisów ekg Aspekt 712 v. 201 Aspel, lub inny bez oprogramowania, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem	4
Część 6.	spirometr	Spirometr Spirolab Touchscreen	1
Część 7.	lampa UV bakterio- i wirusobójcza	Lampa Lighting sterilon Flow 72 W	2
Część 8.	kozetka lekarska	Z automatycznie regulowaną wysokością, przeznaczona do badań USG i EKG	2
Część 9.	wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	Obciążenie 225 kg, szer. siedziska min. 60 cm	1

Oferta niespełniająca minimalnych wymagań technicznych będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.